

Акт обследования приборов ТР 5006М,
поставленных на ОАО «Концерн Калашников» в рамках договора поставки № 0910-И

23.10.2013 г.

г. Ижевск

При осмотре поставленной продукции: приборы для измерения твердости по методу Роквелла ТР 5006М в количестве пяти штук комиссия представителей ООО «Завод испытательных приборов» г. Иваново в составе:

начальника механосборочного производства Кулькова Николая Александровича, начальника отдела продаж Фомичева Дмитрия Владимировича и ведущего специалиста обеспечения экономической безопасности ОАО «Концерн Калашников» Гайнутдинова Руслана Владимировича выявила следующие несоответствия:

1. По оформлению документации: паспорта на приборы не соответствуют по содержанию разделов оригиналу, непосредственно в паспорте отсутствуют в разделе «свидетельство о приемке» настоящие штампы сотрудников ОТКМ (фамилии и инициалы) ООО «ЗИП», клейма и голограммы Госповерителя представителя ФБУ «Ивановского ЦСМ», также раздел паспорта «комплектность» содержит не полный перечень поставляемых сменных и запасных частей. Прилагаемые к паспортам свидетельства о поверке приборов не содержат круглые оттиски-клейма Госповерителя представителя ФБУ «Ивановский ЦСМ».
2. По сменным и запасным частям: в комплекте поставки имеются в наличии меры твердости эталонные, не производимые ООО «ЗИП», количество столов к прибору меньше, чем требуется в оригинальном паспорте на прибор. Количество шариковых оправок, по перечню в оригинальном паспорте на приборы, их конструктивная форма не соответствуют необходимым требованиям стандарта производства ООО «ЗИП».
3. По внешнему виду приборов: форма приборов, внутренняя рычажно-кинематическая схема приборов, конструкционные особенности, форма и конструкция стрелочного индикатора, цветовая гамма не соответствуют оригинальным приборам ТР 5006 и ТР 5006М, которые производит ООО «ЗИП».
4. Упаковка приборов: приборы были упакованы в ящики из фанерного листа без нанесения маркировки с содержанием: месяца и года выпуска; марки и порядкового номера прибора; количества и конкретного упаковочного места.

На основании вышеизложенного комиссия пришла к выводу, что представленные для обозрения приборы не являются твердомерами ТР 5006М, а являются их аналогами неизвестного производителя.

Подписи членов комиссии:

Начальник
механосборочного производства ООО «ЗИП»

Начальник отдела продаж ООО «ЗИП»

Ведущий специалист
обеспечения экономической безопасности
ОАО «Концерн Калашников»


Кульков Н.А.
Фомичев Д.В.
Гайнутдинов Р.В.

Оригинал данного акта с подлинной печатью ООО «Завод испытательных приборов» будет направлен в отдел экономической безопасности ОАО «Концерн Калашников» заказным письмом по почте.